

QUADRO SINOTTICO

Farmacopea Ufficiale della Repubblica italiana: Tabella n. 6 Apparecchi ed utensili obbligatori in farmacia

(Art. 34, secondo comma e art. 44 del Regolamento per il Servizio Farmaceutico R.D. 30 settembre 1938, n. 1706)

- ✓ **Modifiche apportate dal D.M. del 17 maggio 2018**
- ✓ **Modifiche apportate dal D.M. 24 luglio 2018**
- ✓ Si evidenziano, di seguito, le principali modifiche della Tabella n. 6:

VECCHIA VERSIONE	NUOVA VERSIONE
1) Bilancia sensibile al mg (divisione reale (d) della scala= 0,001 g) della portata di almeno 500 g o in alternativa due distinte bilance, l'una sensibile al mg (d= 0,001 g) della portata di almeno 50 g e l'altra sensibile a 0,50 g (d= 0,50 g) della portata di almeno 2 kg.	1) Bilancia sensibile a 1 mg della portata di almeno 500 g o in alternativa due distinte bilance, l'una sensibile a 1 mg della portata di almeno 50 g e l'altra sensibile a 0,50 g della portata di almeno 2 kg. 1) Bilancia sensibile al a 1 mg (divisione reale (d) della scala= 0,001 g) della portata di almeno 500 g o in alternativa due distinte bilance, l'una sensibile al a 1 mg (d=0,001 g) della portata di almeno 50 g e l'altra sensibile a 0,50 g (d= 0,50 g) della portata di almeno 2 kg.
2) Bagno maria od altra apparecchiatura idonea ad assicurare, nel riscaldamento, temperature fino a 100 °C.	2) Bagno maria od altra apparecchiatura idonea ad assicurare, nel riscaldamento, temperature fino a 100 °C.
3) Armadio frigorifero in grado di assicurare le corrette condizioni di conservazione, compresi i limiti di temperatura quando previsti.	3) Armadio frigorifero in grado di assicurare le corrette condizioni di conservazione, compresi i limiti di temperatura quando previsti.
4) Apparecchio per il punto di fusione.	4) Apparecchio per il punto di fusione.
5) Alcoolometro centesimale.	5) Alcoolometro centesimale.
6) Corredo di vetreria chimica comune e graduata, sufficiente alla esecuzione delle preparazioni.	5) Corredo di vetreria chimica comune e graduata, sufficiente alla esecuzione delle preparazioni.
7) Percolatore - Concentratore a vuoto(1).	6) Percolatore - Concentratore a vuoto(1).
8) Incapsulatrice(2).	7) Incapsulatrice(2).
9) Comprimitrice(3).	8) Comprimitrice(3).
10) Sistema di aspirazione per polveri(4).	9) Sistema di aspirazione per polveri(4).
11) Stampi o valve in plastica per ovuli e supposte(5).	10) Stampi o valve in plastica per ovuli e supposte(5).
	11) Strumentazione e dispositivi necessari a garantire la sterilità delle preparazioni (6).
Oltre agli apparecchi elencati, le farmacie devono essere fornite di tutti gli apparecchi, utensili, materiali, prodotti e reattivi adeguati al numero ed alla natura delle preparazioni abitualmente eseguite e	Oltre agli apparecchi elencati, le farmacie devono essere fornite di tutti gli apparecchi, utensili, materiali, prodotti e reattivi adeguati al numero ed alla natura delle preparazioni abitualmente eseguite e

di idonee apparecchiature per il loro controllo da effettuare secondo le indicazioni della Farmacopea. Le farmacie che eseguono preparazioni iniettabili devono essere corredate anche del materiale, dell'attrezzatura e dell'apparecchiatura indispensabili alla preparazione di questa forma farmaceutica. NOTE: (1) Obbligatorie per le farmacie che preparano estratti. Devono essere di materiale e dimensioni adeguate al volume ed al carattere delle preparazioni da eseguire. (2) Obbligatoria per le farmacie che preparano capsule. (3) Obbligatoria per le farmacie che preparano compresse. (4) Obbligatorio per le farmacie che preparano compresse, capsule, tisane, o bustine. (5) Obbligatorie per le farmacie che preparano supposte e/o ovuli.	di idonee apparecchiature per il loro controllo da effettuare secondo le indicazioni della Farmacopea. Le farmacie che eseguono preparazioni iniettabili devono essere corredate anche del materiale, dell'attrezzatura e dell'apparecchiatura indispensabili alla preparazione di questa forma farmaceutica. NOTE: (1) Obbligatorie per le farmacie che preparano estratti. Devono essere di materiale e dimensioni adeguate al volume ed al carattere delle preparazioni da eseguire. (2) Obbligatoria per le farmacie che preparano capsule. (3) Obbligatoria per le farmacie che preparano compresse. (4) Obbligatorio per le farmacie che preparano compresse, capsule, tisane, o bustine. (5) Obbligatorie per le farmacie che preparano supposte e/o ovuli. (6) Per le farmacie che eseguono preparazioni sterili.
---	---

NOTA BENE: nella vecchia versione della Tabella n. 6 al punto 5 era presente **l'Alcoolometro centesimale**, non riproposto nella nuova versione. Il D.M. del 17 maggio 2018 ha, inoltre, inserito tra gli apparecchi e gli utensili obbligatori in farmacia **Strumentazione e dispositivi necessari a garantire la sterilità delle preparazioni.**